



检测报告

Test Report

德中检（2023）检字第 01057 号

项目名称： 水质委托检测

委托单位： 浙江润禾有机硅新材料有限公司（二厂）

德清中天环科检测有限公司



说 明

- 一、本报告无批准人签名，或涂改，或未加盖德清中天环科检测有限公司红色检验检测专用章无效；
- 二、本报告部分复制，或完整复制后未在封面及骑缝处加盖本公司红色检验检测专用章均无效；
- 三、未经同意本报告不得用于广告宣传；
- 四、由委托方采样送检的样品，本报告只对来样负责；
- 五、委托方若对本报告有异议，请于收到报告之日起十个工作日内向本公司提出，微生物检测结果不做复检。

德清中天环科检测有限公司

地址：湖州市德清县长虹东街 345 号科创园 2 号楼 2 楼

邮编：313200



电话：0572-8838178

传真：0572-8067878

检测报告

报告编号：德中检（2023）检字第 01057 号

第 1 页 共 2 页

项目名称	水质委托检测		
委托单位	浙江润禾有机硅新材料有限公司 (二厂)	委托单位地址	浙江德清经济开发区长虹东街伟业路 136 号
受检单位	浙江润禾有机硅新材料有限公司 (二厂)	受检单位地址	浙江德清经济开发区长虹东街伟业路 136 号
采样单位	浙江润禾有机硅新材料有限公司 (二厂)	采样单位地址	浙江德清经济开发区长虹东街伟业路 136 号
来样方式	自送样	来样日期	2023 年 01 月 06 日
检测日期	2023 年 01 月 07 日		
采样依据	/		
项目类别	检测项目	检测标准	
废水	悬浮物 化学需氧量	水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017	
主要检测仪器设备	FA2004B 分析天平 DZJ-YQ-A001-01、 HCA-100 标准 COD 消解器 DZJ-YQ-A019-01		
评价依据	/		
评价结论	/		
备注	/		
编制人：莫建芬 审核人：  批准人：  （授权签字人） 批准日期：2023.1.11			



检测报告

报告编号：德中检（2023）检字第 01057 号

第 2 页 共 2 页

水质检测结果

来样日期	委托方提供样品信息	样品编号	水样外观	检测项目	单位	检测结果
2023-01-06	雨水排放口	S20230106026	无色、微浊	悬浮物	mg/L	15
				化学需氧量	mg/L	20

备注：1.以上检测结果仅适用于客户提供的样品。
2.样品由客户采集送样，样品信息由客户提供。

*** 报 告 结 束 ***

